

Προς το τμήμα προμηθειών Γ.Ν.Κ.

δη Υ.Πε.
Γ.Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ <<ΑΓ.ΕΙΡΗΝΗ>>
ΑΡ.ΠΡΩΤ. : 21626
ΗΜ/ΝΙΑ: 26/09/2024

Θέμα : Σύνταξη προδιαγραφών αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Αναισθησιολογικού Τμήματος.

1.Βελόνες εντοπισμού περιφερικών νευρικών πλεγμάτων,0,7x80 και 0,7x50

Προδιαγραφές:

Να φέρουν ανακλαστικές γωνιώσεις στην επιφάνεια τους τουλάχιστον στα τελευταία 20mm στο άκρο τους για να μπορούν να καθοδηγούνται από υπέρηχο ακόμα και σε κλίση 60 μοιρών. Να έχουν εγγυημένη ορατότητα 100% με πιστοποίηση σε καθοδήγηση με υπέρηχο. Να είναι είναι ατραυματικές με κλειστό άκρο τύπου pencil point. Με ειδικές επιστρώσεις εσωτερικά και εξωτερικά για να έχουν μειωμένη αντίσταση κατά την εισαγωγή τους και να εξασφαλίζουν αυξημένη ροή και άριστη μόνωση. Να είναι νέας γενιάς και να μπορούν να καθοδηγούν και μέσω νευροδιεγέρτη. Να φέρουν χρωματική σήμανση μεγέθους, στη λαβή τους. Απαραίτητος δειγματισμός και επίσημο προσπέκτους κατασκευαστή.

2.Σετ αυτοκόλλητου καλύμματος υπερήχου και καλωδίου με σωληνάριο γέλης.

Προδιαγραφές:

Το κάλυμμα να έχει ειδική αυτοκόλλητη περιοχή στο σημείο κάλυψης της κεφαλής του υπερήχου ώστε να την προστατεύει. Να περιέχει ένα σωληνάριο με αποστειρωμένη γέλη τουλάχιστον 15gr. Με ειδική βαλβίδα ανοίγματος άσηπτης τεχνικής ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα εισόδου αέρα προκειμένου να διατηρείται αποστειρωμένο σε όλη τη διαδικασία. Να είναι παχύρευστο και γλοιώδες και χωρίς φυσαλίδες. Οι διαστάσεις να είναι περίπου 18x120mm περίπου.

Απαραίτητος δειγματισμός και επίσημο προσπέκτους κατασκευαστή.

3.Ελαστομερείς αντλίες 275ml/5ml/h.

Προδιαγραφές:

Αντλίες μιας χρήσης σε αποστειρωμένη συσκευασία , latex free, με δυνατότητα ροής 5ml/h, η με ρυθμιζόμενη ροή από 2-5ml/h.

Απαραίτητος δειγματισμός και επίσημο προσπέκτους κατασκευαστή.

4.Σετ σύριγγας με προέκταση για αντλίες έγχυσης iv υγρών.

Προδιαγραφές:

Σύριγγες 50 και 60ml υψηλής ακρίβειας και ποιότητας με κεντρικό μπεκ ασφαλούς σύνδεσης luer lock.

Να είναι αποδεδειγμένα κατάλληλα για χρήση με ηλεκτρονικές αντλίες σύριγγας Fresenius, για το οποίο να κατατεθούν έγγραφα που να το αποδεικνύουν και από τη μεριά της κατασκευάστριας εταιρείας των αναλώσιμων συριγγών καθώς και από τη κατασκευάστρια εταιρεία της αντλίας.

Να είναι από πολυπροπυλένιο , να είναι PVC free,LATEX free,ENDOTOXIN free,DEHP free,σε αποστειρωμένη ατομική συσκευασία,μιας χρήσης.

Να συνοδεύεται από προέκταση 200 εκ. Με εσωτερική επίστρωση από πολυαιθυλένιο (PE), LATEXfree, DEHPfree, σε αποστειρωμένη ατομική συσκευασία μιας χρήσης, με δειγματισμό.

5.Οδηγός δύσκολης διασωλήνωσης 70cm.

Προδιαγραφές.

Να είναι μιας χρήσης και να πληρεί τα εξής:

- 1.Να είναι εύκαπτος, όχι μαλακός και να διαθέτει μνήμη στο υλικό του, ώστε να διατηρεί την κάμψη που του δίνει ο χρήστης χωρίς να επανέρχεται.
- 2.Να έχει ατραυματικό άκρο και κάμψη 5cm.
- 3.Να έχει εσωτερικά αυλό και οπές αποσυμπίεσης για παροχή O₂.
- 4.Με διαβάθμιση από τα 5-40cm. για απόλυτο έλεγχο της θέσης του.
- 5.Να είναι ενηλίκων N14fr, μήκους 70cm και εξωτερικής διαμέτρου 4,6mm.
- 6.Να κατατεθεί δείγμα και προσπέκτους κατασκευαστή.