

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

«ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ»

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Πληρ.Καρδακάρης Σπυρίδων

τηλ2661360733

6η Υ.Πε.  
Γ.Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ <<ΑΓ.ΕΙΡΗΝΗ>>  
ΑΡ.ΠΡΩΤ. : 23476  
ΗΜ/ΝΙΑ: 21/10/2024



**ΟΛΙΚΕΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΙΣΧΙΟΥ, με τις κάτωθι προδιαγραφές:  
ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΥΒΡΙΔΙΟΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ (π.τ. 33.4.140)**

- Κοτύλη press-fit για χρήση χωρίς ακρυλικό τσιμέντο. Να είναι κατασκευασμένη από κράμα τιτανίου, να φέρει επίστρωση από καθαρό τιτάνιο (CP Ti) και επιπρόσθετη επικάλυψη από υδροξυαπατίτη (HA). Να έχει σχεδιασμό διευρυμένης περιφέρειας με οπές για χρήση βιδών. Να προσφέρεται σε τουλάχιστον δέκα επτά μεγέθη.
- Βίδες καθήλωσης εμφυτευμάτων αρθροπλαστικών κατασκευασμένες από κράμα τιτανίου. Να έχουν διάμετρο 6.5 mm σε δέκα τουλάχιστον μήκη από 16 mm έως 60 mm.(π.τ. 33.5.62)
- Ένθετο πολυαιθυλενίου υψηλής διακλάδωσης, εξαιρετικά χαμηλής φθοράς μη περιοριστικού τύπου με γείσο 10ο. Το ένθετο να προσφέρεται σε διαστάσεις εσωτερικής διαμέτρου 28, 32 και 36 mm. Η διαδικασία κατασκευής του πολυαιθυλενίου να περιλαμβάνει τη διαδοχική ακτινοβόλησή του με 3 MRad και την ανόπτησή του (annealing) για τρεις φορές. Η αναμενόμενη μειωμένη φθορά του πολυαιθυλενίου να επιβεβαιώνεται από κλινικές μελέτες.
- Μηριαίο στέλεχος, ευθύ, χωρίς κολάρο, για χρήση με τσιμέντο. Να είναι κατασκευασμένο από κράμα ανοξείδωτου χάλυβα, με γυαλισμένη (highly polished) εξωτερική επιφάνεια, με σφηνοειδή σχεδιασμό (double tapered) σε τρία τουλάχιστον offset και πέντε τουλάχιστον μεγέθη ανά offset. Να προσφέρεται σε τρία επιπρόσθετα offset ειδικού σχεδιασμού για δυσπλαστικά ισχία.
- Πώμα μηριαίου αυλού από PLLA σε τουλάχιστον έξι διαμέτρους.(40.8.18)
- Κεραμική κεφαλή κατασκευασμένη από τέταρτης γενιάς κράμα κεραμικού, εξαιρετικά υψηλής αντοχής, ιδιαίτερα χαμηλής τριβής. Η κεφαλή να προσφέρεται σε διαστάσεις εξωτερικής διαμέτρου 28, 32 και 36 mm και να προσφέρεται σε τρία τουλάχιστον μεγέθη ανά διάμετρο.

**ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ:**

- 1.Δυο τσιμεντα με αντιβίωση(π.τ. 40.8.12)
- 2.Μια λαμα πριονιου(π.τ. 17.1.10)
- 3.Μια συριγγα τσιμεντου(π.τ.40.8.26)
- 4.Συσκευή πλυσης εκπλυσης με μακρυ ρυγχος(π.τ. 57.78)
- 5.Κολλαρο τσιμεντου(π.τ.40.8.25)
- 6.Πιεστρο τσιμεντου(π.τ. 40.8.26)

Όπου π.τ. με εντονα γραμματα σε παρενθεσεις αφορα, σε περιπτωση που ζητηθει, ο αριθμος παρατηρητηριου. Καλο θα ηταν να τον δινετε κάθε φορά στα αιτηματα σας.

Συνολική εκτιμώμενη τιμή(με δυο βίδες στην κοτύλη) **μαζί με το ΦΠΑ 13,24% έως του ποσού 2.000,00€**

**ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ, με τις κάτωθι προδιαγραφές:**

**ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΜΕ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ. (π.τ.33.4.123)**

- **Κνημιαία πρόθεση** για χρήση με ακρυλικό τσιμέντο.
- Κατασκευασμένη από κράμα κοβαλτίου – χρωμίου με συμμετρικό σχεδιασμό σε τουλάχιστον οκτώ μεγέθη.
- **Κνημιαίο ένθετο πολυαιθυλενίου**, με κατάλληλο σχεδιασμό για μεγάλη κάμψη και έσω έξω στροφή 20 μοιρών. (Στροφολιωσθησης του πολυαιθυλενίου έως 20 μοίρες).
- Το ένθετο να είναι κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο υψηλής διακλάδωσης (highly crosslinked) εξαιρετικά χαμηλής φθοράς,
- Να προσφέρεται σε πέντε τουλάχιστον μεγέθη .
- **Μηριαία πρόθεση** διατήρησης οπισθίου χιαστού συνδέσμου για χρήση με ακρυλικό τσιμέντο.
- Η πρόθεση να είναι κατασκευασμένη από κράμα κοβαλτίου – χρωμίου, με σχεδιασμό μοναδικής ακτίνας οβελιαία και οπισθίους κονδύλους μειωμένου μήκους που επιτρέπουν κάμψη έως και 150 μοιρών.
- Η πρόσθια φλάντζα του μηριαίου εμφυτεύματος να έχει σχεδιαστεί με αυξημένη κλίση επιτρέποντας την επιλογή μικρότερου μεγέθους διεγχειρητικά, αποφεύγοντας το notching του πρόσθιου φλοιού.
- Να προσφέρεται σε τουλάχιστον οκτώ μεγέθη.

**ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ:**

1. πιστόλι πλύσης – αναρρόφησης με κοντό ρύγχος(π.τ. 57.78)
2. Δυο τσιμέντα με αντιβίωση (π.τ. 40.8.12)
3. Δύο λάμες (μία στενή & μία φαρδιά)(π.τ. 17.1.10)
4. Δυο μπολ ανάδευσης τσιμέντου με κενό αέρα(π.τ. 40.8.26)

Συνολική εκτιμωμένη τιμή μαζί με το ΦΠΑ 13,24% έως του ποσού 2300,00€

**Σχόλια:**

**Για τα ανωτέρω είδη θα πρέπει ανά ΟΑΓ & ΟΑΙ να προσφέρονται από την ίδια εταιρεία καθώς αποτελούν σύνολο.**

**Ο Διευθυντής της Ορθοπαιδικής Κλινικής  
Καρδακάρης Σπυρίδων**

ΤΕΛΙΚΟ ΝΟΜΟΛΟΓΗΤΟ ΠΡΟΚΥΡΑΣ  
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ  
ΚΑΡΔΑΚΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  
ΑΜ. ΑΡΧ. 055802614  
ΑΜ. ΑΡΧ. 05744