



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ»

Ημερομηνία: 12/03/2024
Αρ.αιτήματος: /852

2/10/24
ΚΑΡΤΙΝ
18407

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

CPV: 33162100-1

ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Παρακαλούμε να εγκρίνετε την προμήθεια των παρακάτω ειδών, που είναι απαραίτητα για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και τα οποία δεν υπάρχουν στην αποθήκη.

Υπόλογος: Α. ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣ

- Τρόφιμα Βιοιατρικός Εξοπλισμός Η/Μ Εξοπλισμός Αναλώσιμα

99 ΚΑΕ: 1311
CPV: 18444000-

Κωδικός	Είδος υλικού	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Υπόλοιπο αποθήκης	Προϋπολογισμός Δαπάνης
03921	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΠΟΛΑΠΛ. ΧΡΗΣΕΩΝ (ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΓΕΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ) Σχόλια: Κατασκευή από ιατρική σιλικόνη σε συνδυασμό με αφρώδες υλικό χαμηλού βάρους ώστε να μειώνει στο ελάχιστο, τον μέσο όρο εφαρμοζόμενης πίεσης στον ασθενή (μικρότερη των 32mmHg). Χωρίς Latex. Ακτινοδιαπερατό και κατάλληλο για χρήση σε MRI. Μη αγώγιμο. Αντιμικροβιακό με δυνατότητα απολύμανσης. Διαστάσεις 20(Dia) x 5cm (h) περίπου. Δυνατότητα επίδειξης προς αξιολόγηση.	ΤΕΜΑΧΙΑ	4	0	0
99611	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΠΤΕΡΝΑΣ ΠΟΛΑΠΛ. ΧΡΗΣΕΩΝ (ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΓΕΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ) Σχόλια: Κατασκευή από ιατρική σιλικόνη σε συνδυασμό με αφρώδες υλικό χαμηλού βάρους ώστε να μειώνει στο ελάχιστο, τον μέσο όρο εφαρμοζόμενης πίεσης στον ασθενή στον αχίλλειο τένοντα (? 32mmHg) & μηδενική εφαρμοζόμενη πίεση στην πτέρνα. Χωρίς Latex. Ακτινοδιαπερατό και κατάλληλο για χρήση σε MRI. Μη αγώγιμο. Αντιμικροβιακό με δυνατότητα απολύμανσης. Σήμανση CE. Διαστάσεις 180x100x70 mm περίπου. Να διατίθεται σε ζεύγη. Δυνατότητα επίδειξης προς αξιολόγηση.	ΤΕΜΑΧΙΑ	6	0	0
ΣΥΝΟΛΟ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ					

Βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει στην αποθήκη Για το Γραφείο Διοίκησης Υπηρεσίας

Βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει σύμβαση Για το Τμήμα Προμηθειών