

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1.	<p>Χειρολαβή με τηλεσκοπικό στυλεό</p> <p>-Χειρολαβή με ηλεκτρόδιο άκρου 50mm Non-stick blade , Τηλεσκοπικό στυλεό επιμήκυνσης έως 10 cm με μηχανισμό κλειδώματος στο επιθυμητό μήκος, Σωλήνα μήκους 3.0m, και καλώδιο μήκους 3.0m</p> <p>-Να διαθέτει αντικολλητικό ηλεκτρόδιο Teflon τύπου λάμας</p> <p>-Να διαθέτει επιπλέον ηλεκτρόδιο εξαγωγικό μήκους 6,35cm με μονωτικό υλικό το οποίο να περιβάλλεται από αντικολλητικό περιφερικό σύρμα επενδυμένο με σιλκόνη το οποίο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τομή και αιμόσταση με πολύ χαμηλή ισχύ.</p> <p>-Ο σωλήνας αναρρόφησης να συνδέεται υπό γωνία και να κινείται ανεξάρτητα στο πίσω μέρος της χειρολαβής για να μην εμποδίζει τον χειρουργό</p>

- Τα πιο πάνω είδη να προσφερθούν με συσκευή αναρρόφησης καπνού η οποία να είναι χαμηλής στάθμης θορύβου max 58db.
- Υψηλής απορροφητικής ικανότητας 211mbar
- Να διαθέτει ψηφιακή οθόνη η οποία να αναφέρει το υπόλοιπο του χρόνου ζωής του φίλτρου και την ρύθμιση της έντασης της αναρρόφησης σε διαβάθμιση 10%.
- Να ενεργοποιείται η λειτουργία της αυτόματα από την χειρολαβή
- Το βάρος να μην ξεπερνά τα 6,5 kg