

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΕΥΡΟΔΙΕΓΕΡΤΗ

1. Ανεξάρτητη συσκευή, μικρών διαστάσεων, βάρους (μικρότερο από 500 γραμμάρια), με ενσωματωμένη έγχρωμη οθόνη. Να είναι κατάλληλο για χρήση σε ενήλικες και παιδιά.
2. Να λειτουργεί υπό τάση δικτύου 220V/50Hz και να διαθέτει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία με διάρκεια αυτονομίας ένα περίπου μήνα με τυπική χρήση.
3. Να μετρά τη νευρομυϊκή διαβίβαση με τη μέθοδο της απόκρισης των μυών σε ηλεκτρικά ερεθίσματα.
4. Να παρέχει τις λειτουργίες διέγερσης:
 - TOF (Train Of Four)
 - TOF προγραμματιζόμενο (15s – 15min τουλάχιστον)
 - PTC (Post Tetanic Count)
 - TOF + PTC
 - DBS (Double Burst)
 - ST (Single Twitch)
 - Tetanic (50 Hz)
 - Καταγραφή της αναφοράς TOF

Να μετρά αριθμητικά το TOF: T4/T1 και T4/Ταναφοράς
5. Να έχει τη δυνατότητα ρύθμισης ηλεκτρικού ερεθίσματος έως 60 mA τουλάχιστον.
6. Να δύναται να εφαρμοσθεί σε διαφορετικά σημεία στο σώμα του ασθενούς, όπως:
 - Στον αντίχειρα,
 - Στο φρύδι,
 - Δάχτυλο ποδιού
7. Να διαθέτει προηγμένο αισθητήρα ανίχνευση κίνησης ο οποίος να αντιλαμβάνεται τις κινήσεις και στις τρεις διαστάσεις (3D).
8. Να παραδοθεί
 - Με αισθητήρα χειρός (αντίχειρα) και καλώδια για σύνδεση σε ενήλικες πολλαπλών χρήσεων, ειδικό σύστημα συγκράτησης της συσκευής, καθώς και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για τη σωστή χρήση του. Να δέχεται και αισθητήρες μιας χρήσης.
 - Διασύνδεση με το μόνιτορ ζωτικών παραμέτρων IACS ή με σύστημα εξαγωγής και διασύνδεσης σε HL7

Γενικά Χαρακτηριστικά

1. Θα πρέπει να πληρεί τα διεθνή στάνταρτ ασφαλείας IEC και να διαθέτει CE σύμφωνα με την Οδηγία 93/42 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διατίθεται από αποκλειστικό αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001/00 & ISO 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληρεί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.ΗΕ. ΒΑΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 117/2004 και αυτό να αποδεικνύεται (με ποινή αποκλεισμού) με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά που θα πρέπει να συνοδεύουν την προσφορά. Επίσης ο προμηθευτής να διαθέτει ISO 27001:2013, 14001:2015 και όλος ο εξοπλισμός να συμμορφώνεται κατά MDR Conformity.
2. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη.
3. Οι συμμετέχοντες να διαθέτουν μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης και service, καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο για τη συντήρηση των προσφερόμενων ειδών.

Na παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών.

ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΟΛΟΣΩΜΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Κουβέρτα θέρμανσης ενηλίκων ολόσωμη, διάστασης 227x133εκ ± 2 εκ, με πρόσθετο μη διογκούμενο, μη θερμαινόμενο πεδίο κάλυψης κάτω άκρων για πρόληψη & αποφυγή θερμικού τραυματισμού.

Με ανατομική λαμόκοψη & ενσωματωμένα αναδιπλούμενα πτερύγια για βέλτιστη στερέωση της κουβέρτας

ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΑΝΩ ΣΩΜΑΤΟΣ

Κουβέρτα θέρμανσης ενηλίκων, άνω σώματος, διάστασης 201 x 76εκ ± 2 εκ, με ανατομική λαμόκοψη, με δύο υποδοχές του σωλήνα θέρμανσης (αριστερά - δεξιά).

Να διαθέτει ενσωματωμένο διαφανές πεδίο για κάλυψη κεφαλής, 2x2 ενσωματωμένες αποσπώμενες ταινίες - κορδόνια για επικουρική στήριξη των