

ΘΕΜΑ: "Προμήθεια απλών και διακριβωμένων θερμομέτρων ψυγείων και καταψυκτών"

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ακρίβεια μέτρησης της θερμοκρασίας και ο προσδιορισμός τυχόν σφαλμάτων των ψυγείων και καταψυκτών που διαθέτει το Νοσοκομείο (Αιμοδοσία, Εργαστήρια, Μαγειρεία, Φαρμακείο και Κλινικές), είναι απαραίτητη η προμήθεια των κάτωθι ειδών:

1. Διακριβωμένο θερμόμετρο υπερύθρων και ακίδας για τους ψυκτικούς θαλάμους των Μαγειρείων, τμχ 1. Να διαθέτει:
 - α) Πιστοποιητικό διακρίβωσης
 - β) Να πληροί τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου EN 13485
 - γ) Εύρος μέτρησης $\theta^{\circ} \pm -50$ έως 300°C και ακρίβεια $\pm 1^{\circ} \text{C}$
 - δ) Πτυσσόμενο αισθητήρα διείσδυσης
2. Απλό θερμόμετρο επαφής (ακίδας) τροφίμων, τμχ 1. Να διαθέτει:
 - α) Ψηφιακή ένδειξη με μεγάλη ευανάγνωστη οθόνη
 - β) Εύρος μέτρησης $\theta^{\circ} \pm -50$ έως 300°C
 - γ) Να περιλαμβάνει κάλυμμα της ακίδας με κλιπ τσέπης για ασφαλή αποθήκευση και μεταφορά.
3. Διακριβωμένο θερμόμετρο ψυγείων και καταψυκτών (Αιμοδοσίας, Εργαστηρίων, Φαρμακείου Κλινικών) τμχ 2. Να διαθέτει:
 - α) Πιστοποιητικό διακρίβωσης
 - β) Εύρος μέτρησης $\theta^{\circ} \pm -50$ έως 70°C και ακρίβεια $\pm 1^{\circ} \text{C}$
 - γ) Ψηφιακή ένδειξη , ρυθμιζόμενο συναγερμό και λειτουργία min / max
4. Ψηφιακό, αδιάβροχο θερμόμετρο ψυγείου τμχ 5. Να διαθέτει:
 - α) Μεγάλη ευανάγνωστη ψηφιακή οθόνη
 - β) Εύρος θερμοκρασίας από $-9,9$ έως $49,9^{\circ} \text{C}$ με $0,1^{\circ} \text{C}$ ανάλυση.
 - γ) Με εικονίδιο ένδειξης της θερμοκρασίας εκτός του εύρους των 0 έως 8°C