



287

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &amp; ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

5η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου &amp; Δυτικής Ελλάδας

ΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ»

## ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Παρακαλούμε να εγκρίνετε την προμήθεια των παρακάτω ειδών, που είναι απαραίτητα για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και τα οποία δεν υπάρχουν στην αποθήκη.

Υπόλογος: Α. ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣ

Τρόφιμα  Βιοιατρικός Εξοπλισμός  Η/Μ Εξοπλισμός  Αναλώσιμα

Κωδικός	Είδος υλικού	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Υπόλοιπο αποθήκης	Προϋπολογισμός Δαπάνης
38888810 05	ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ IV Σχόλια: Να είναι από διάφανο φιλμ πολυουρεθάνης και πλαίσιο στη πάνω πλευρά για εύκολη και σταθερή εφαρμογή, με εγκοπή στο μέσο του επιθέματος. Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά βιοσυμβατότητας με βάση το ISO 10993 και αναπνευστικότητας MVTR βάση του EN-13726 του προϊόντος. Επίσης, να πιστοποιείται (μέσω αντίγραφου της συσκευασίας του επιθέματος) ότι το προϊόν φέρει στην συσκευασία του όλες τις απαιτούμενες ενδείξεις για την ταυτοποίηση του (κατασκευαστής, έδρα παραγωγής, κλπ) βάση του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2017/745 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 2017 για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Διαστάσεις 7x 8,5 cm ± 2cm = 250 ΤΕΜΑΧΙΑ και 10 x 12 cm ± 2cm = 250 ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	500	0	24,3

Κωδικός	Είδος υλικού	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Υπόλοιπο αποθήκης	Προϋπολογισμός Δαπάνης
388888593 0	<p>ΚΑΘΕΤ.ΣΦΑΓΗΤΙΔΙΚΟΣ ΚΕΚΑΜΕΝΟΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΔΕΞΙΟΣ ΟΞΕΙΑΣ ΑΙΜ/ΣΗΣ</p> <p>Σχόλια: Προσωρινός καθετήρας αιμοκάθαρσης διπλού αυλού 13 Fr με κυρτά άκρα, σε μήκη 17,5cm- 20cm, από μαλακή θερμοευαίσθητη πολυουρεθάνη τύπου Tecoflex με μαλακό ατραυματικό κλιμακωτό άκρο -τύπου Shot Gun, χωρίς πλευρικές οπές για την αποφυγή θρόμβωσης, υψηλής ροής με χαμηλές πιέσεις (έως 250 mmHg) και διάταξη αυλών D - shape. Να έχει προ εγκατεστημένο ενδοαυλικό οδηγό (Stylet) για τη γρήγορη και εύκολη τοποθέτησή του. Κατάλληλος για θεραπείες αφαίρεσης-αιμοκάθαρσης - αιμοδιήθησης - αιμοδιαδιήθησης.</p> <p>Στο σετ να περιέχονται:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>? Συρμάτινος οδηγός J- Straight από Nitinol με διάμετρο 0,97MM και μήκος 700MM, επικαλυμμένος από PTFE (πολυτετραφθοροαιθυλένιο).</li> <li>? Διαστολέας - Βελόνα παρακέντησης - Εισαγωγής - 2 ειδικά πώματα ασφαλείας.</li> <li>? Κατασκευασμένος χωρίς φθαλικές ενώσεις, χωρίς latex, αποστειρωμένος με ΕΤΟ.</li> </ul>	ΤΕΜΑΧΙΑ	10	12	34,3

Κωδικός	Είδος υλικού	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Υπόλοιπο αποθήκης	Προϋπολογισμός Δαπάνης
388888000 5	<p>ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ</p> <p>Σχόλια: Κλειστό σύστημα προστατευόμενης αναρρόφησης, για χρήση 72 ωρών. Να διαθέτει διαφανές προστατευτικό κάλυμμα μεγάλης αντοχής και υψηλής ποιότητας από θερμοπλαστική πολυουρεθάνη. Να φέρει βαλβίδα ελέγχου αναρρόφησης, χωρίς μεταλλικά μέρη, χρωματικά κωδικοποιημένη ανά μέγεθος, η οποία κλειδώνει με περιστροφική κίνηση ώστε να αποφεύγεται πιθανή ακούσια αναρρόφηση. Να διαθέτει διπλό περιστρεφόμενο γωνιώδες συνδετικό σύνδεσης (DOUBLE SWIVEL ELBOW) με τον ενδοτραχειακό ή τον τραχειοσωλήνα με πλήρη περιστροφή 360°. Να διαθέτει προέκταση 8,2cm, με βαλβίδα έγχυσης και πλύσης του άκρου του καθετήρα, μίας οδού, με σύστημα ασφαλείας anti-reflux με πώμα προστασίας. Να διαθέτει προέκταση 7,2cm, με βαλβίδα για χορήγηση μετρημένης δόσης εισπνεόμενων φαρμάκων, με πώμα προστασίας. Να φέρει καθετήρα αναρρόφησης ανοικτού άκρου, από σιλικοναρισμένο PVC, με μνήμη σχήματος, ατραυματικό, πλήρως αριθμημένο σε όλο το μήκος του, με ακτινοσκοπικό άκρο και δύο πλευρικές οπές, ελεύθερο LATEX &amp; ελεύθερο DEHP. Να διαθέτει εσωτερική βαλβίδα η οποία επιτρέπει την ελεύθερη εισαγωγή του καθετήρα και κατά την έξοδό του τον περισφίγγει αφαιρώντας κάθε ρυπαρότητα και τον καθιστά ασφαλή για χρήση επί 72 ώρες. Να διαθέτει περιστρεφόμενη στρόφιγγα απομόνωσης του καθετήρα αναρρόφησης, που αποτρέπει τη ροή υγρών προς τον αεραγωγό κατά τη διάρκεια πλύσης του καθετήρα. Να διαθέτει σφήνα αποσύνδεσης του συστήματος, ελαχιστοποιώντας έτσι τις κινήσεις αποσύνδεσης που επιβαρύνουν το σημείο. Να είναι χρωματικά κωδικοποιημένο ανά μέγεθος ώστε να αναγνωρίζεται εύκολα κατά την χρήση του. Μέγεθος 16CH</p> <p>ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΥ</p>	TEM	50	0	

Κωδικός	Είδος υλικού	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Υπόλοιπο αποθήκης	Προϋπολογισμός Δαπάνης
388888997 7	ΠΟΛΥΒΡΥΣΑ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ Σχόλια: Πενταπλό ,να διαθέτει άκρα σύνδεσης Female Luer Lock. & όγκο πλήρωσης 1.8ml περίπου. Με αποσπώμενη βάση στήριξης-στερέωσης σε ορθοστάτη, με δυνατότητα οριζόντιας ή κάθετης τοποθέτησης, με βίδα προσαρμογής και με προέκταση 200εκ. ρvc, 2.5 x 4.1mm, άκρα σύνδεσης luer male/male, με πώμα κάλυψης με υδρόφοβο φίλτρο και όγκο πλήρωσης 10 ml περίπου. ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	70	0	33.82
ΣΥΝΟΛΟ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ					353.82

βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει στην αποθήκη για το Γραφείο Διαχείρισης Υλικού υπογραφή

βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει σύμβαση για το Τμήμα Προμηθειών υπογραφή

Υπάρχει πίστωση στον Κ.Α.  Δ/Η Υπεύθυνος Λογιστηρίου Προϋπολογισμού υπογραφή

Η προμήθεια των ειδών θα γίνει  Με απευθείας συμφωνία  Με ενδεικτικές τιμές  Με τιμές ΦΕΚ   
 Με πρόχειρο διαγωνισμό  Με τιμές βάσει προηγούμενου λήξαντος διαγωνισμού

Δ/Η Προϊστάμενος/η Τμήματος  
  
υπογραφή-σφραγίδα

Δ/Η Διευθυντής/ντρια  
  
υπογραφή-σφραγίδα

Δ/Η Προϊστάμενος Οικονομικού  
  
υπογραφή-σφραγίδα

Δ/Η Διαδικητικός Διευθυντής  
  
υπογραφή-σφραγίδα

Δ/Η Διοικητής  
  
υπογραφή-σφραγίδα

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ**

Α/Α	Επωνυμία Προμηθευτή	Τηλέφωνο	Ημέλια Προσφοράς	Προσφερόμενη Τιμή

A/A	Επωνυμία Προμηθευτή	Τηλέφωνο	Ημ/νία Προσφοράς	Προσφερόμενη Τιμή