



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

6η ΥΠΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ "ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ"

ΚΛΙΝΙΚΗ/ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

Δ4

201

ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ : 2026

Σειρά/Αριθμός : ./554

Ημερομηνία : 13/02/2026

Επιθυμητή Ημ. :

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

| A/A | Κωδικός | Περιγραφή Είδους | ΑΛΕ | M.M. | Ποσότητα | Υπόλοιπο | Τιμή Μονάδας | ΚΩΔΙΚΟΣ CPV |
|---|---------|---|-------------|------|-------------|----------|--------------|-------------|
| 1 | 00370 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ 5ML (ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ) ΔΙΑΦΑΝΗ ΜΕ GEL 13X100/ ΚΩΔ 623050202 | 32302030001 | TEM | 16.000,0000 | 735,0000 | 0,06 | 38437000-7 |
| Προδιαγραφές : 00370 Φιαλίδια βιοχημικών προσδιορισμών, να είναι κενού αέρα, αποστειρωμένα, άθραυστα, συνθετικά, με επιταχυντή πήξεως και gel διαχωρισμού. Το gel διαχωρισμού αποδεδειγμένα να διατηρεί το σχήμα του και τη συνοχή του καθώς και να μην υπάρχει αιμόλυση και σχηματισμός ινικών στον όρο, μετά τη μεταφορά και παραμονή του φυγοκεντρημένου δείγματος έως 24 ώρες. Στο σωληνάριο θα πρέπει να υπάρχει ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, η ημερομηνία λήξης. Διαστάσεις: 13x100mm, με πιεστό (που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2cm) η βιδωτό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, χωρητικότητας 5 ml | | | | | | | | |
| 2 | 63123 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ VACUTAΙNER ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ 2,7ml (13X75MM) | 32302030001 | TEM | 6.000,0000 | 995,0000 | 0,08 | 38437000-7 |
| Προδιαγραφές : Φιαλίδια Χρόνου Προθρομβίνης κενού αέρα, αποστειρωμένα, συνθετικά, διπλού τοιχώματος ολικής πλήρωσης με αντιπηκτικό SODIUM CITRATE 3,2%, με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, η μέθοδος αποστείρωσης, η ημερομηνία λήξης, διαστάσεων 13x75mm, με πιεστό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το σωληνάριο κατά 2 cm | | | | | | | | |
| 3 | 04175 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ 13X75 3ML ΜΕ EDTA (ΓΕΝ.ΑΙΜΑΤΟΣ) | 32302030001 | TEM | 16.000,0000 | 585,0000 | 0,05 | 38437000-7 |
| Προδιαγραφές : Φιαλίδια Γενικής αίματος κενού αέρα, αποστειρωμένα, συνθετικά, άθραυστα, με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, η μέθοδος αποστείρωσης, η ημερομηνία λήξης, διαστάσεων 13x75mm, με πιεστό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το σωληνάριο κατά 2 cm, με αντιπηκτικό EDTA K2-K3 | | | | | | | | |

Ο/Η αιτών/ούσα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Ε.Ο. Κέρκυρας-Παλαιοκαστρίτσας,Κοντόκαλι - Τ.Κ. 49083 - ΚΕΡΚΥΡΑ - ΤΗΛ. 2661360400 - EMAIL dilikou@gnkerkyras.gr)