



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
6^η Υ.Π.Ε.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών
Προδιαγραφών
Πληροφορίες: Ε. Θεοφύλακτου, Α.
Ραψομανίκης, Καρδάμη Α.
ΤΗΛ: 2661360459 – 713
Ταχ. Δ/ση: Κοντόκαλι, Γουβιά
491 00 Κέρκυρα

ΘΕΜΑ: Σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών Αναλωσιμων Για Τις Συσκευές Υποστήριξης Της
Αναπνοής Με Υψηλή Ροή, Airvo2 Του Οίκου Fisher & Paykel Ιδιοκτησίας Του Νοσοκομείου.

Σχετ: 20579/ 10-10-2025

Σχετικά με τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για το ανωτέρω υγειονομικό υλικό η επιτροπή
καταθέτει την πρότασή της στο συνημμένο έγγραφο .

Για την επιτροπή

6^η ΥΠΕ-ΓΩΒ. Ν/ΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ "ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ"
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ Ε. ΜSc
ΠΡΟΤΕΤΑΛΕΝΟΣ Μ.Ε.Θ

6^η Υ.Π.ε.
Γ.Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ <<ΑΓ.ΕΙΡΗΝΗ>>
ΑΡ.ΠΡΩΤ. : 3629
ΗΜ/ΝΙΑ: 20/02/2026



Κέρκυρα: 20/02/26
ΠΡΟΣ : Γραφείο
Προμηθειών

κοινοποίηση: Μαρία Κεραμίδα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΡΟΗ, AIRVO2 ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ FISHER & PAYKEL ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

Η επιτροπή σύνταξης προδιαγραφών για τις ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΡΟΗ καταθέτει την πρότασή της .

Η επιτροπή διατηρεί τις επιφυλάξεις της ως προς τον αριθμό και το είδος των υλικών, καθώς τα υλικά, η τεχνολογία αλλά και οι ανάγκες αλλάζουν με ταχείς ρυθμούς και συστήνει την αναθεώρηση των προδιαγραφών σε εύλογο χρόνο.

Όλα τα μέλη της επιτροπής συμφώνησαν ομόφωνα στην τελική πρόταση που είναι:

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1.	97859	ΡΙΝΙΚΑ ΓΥΑΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΜΑΣΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΟΗΣ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΕΡΑ Ο2 ΕΝΣ. ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ, SMALL – MEDIUM – LARGE	<ul style="list-style-type: none"> • Οι ρινικές κάνουλες να διαθέτουν κυρτά ακροφύσια έτσι ώστε να ακολουθείται η ανατομία της ρινικής κοιλότητας προς αποφυγή αποφράξεων. • Ο σωλήνας σύνδεσης με το κύκλωμα, να είναι κατασκευασμένος από ειδικό υλικό προς αποφυγή συγκέντρωσης συμπυκνωμάτων. • Να προσφερθούν προς επιλογή όλα τα μεγέθη(Small, Medium & Large) με μαλακά επιθέματα σιλικόνης για ενίσχυση της σταθερότητας. • Να είναι κατάλληλες για χρήση ένα ασθενή με μέγιστο χρόνο συνεχούς χρήσης έως και δεκατέσσερις (14) ημέρες.
2.	3888889095	ΣΕΤ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΡΟΩΝ ΜΕ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΥΓΡΑΝΣΗ ΓΙΑ ΜΑΣΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΟΗΣ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΕΡΑ/ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ	<p>Η συσκευασία να περιλαμβάνει:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Θερμαινόμενο σωλήνα για την χορήγηση του μείγματος αερίων με ενσωματωμένη αντίσταση θέρμανσης περιμετρικά στο τοίχωμα του κυκλώματος και ενσωματωμένο αισθητήρα μέτρησης της θερμοκρασίας αερίων στον ασθενή.

		<ul style="list-style-type: none"> • Θάλαμο νερού με σύστημα αυτόματης πλήρωσης με διπλό φλοτέρ ή ισοδύναμο, προς αποφυγή υπερβολικής πλήρωσης του θαλάμου με νερό και του κινδύνου εισροής νερού προς τους πνεύμονες του ασθενή. • Ο θερμαινόμενος σωλήνας να διαθέτει σύστημα ασφάλισης/απασφάλισης πάνω στην συσκευή, προς αποφυγή ακούσιας αποσύνδεσης και διακοπής της θεραπείας. • Να διαθέτει πρόσθετο σύστημα μόνωσης από τις θερμοκρασίες του περιβάλλοντος προς αποφυγή δημιουργίας συμπυκνωμάτων υγρασίας που είναι επικίνδυνα για την υγεία των ασθενών. • Να είναι κατάλληλο για χρήση σε ένα ασθενή με μέγιστο χρόνο συνεχούς χρήσης έως και δεκατέσσερις (14) ημέρες.
--	--	--

Όπου στην περιγραφή των ειδών γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένο κατασκευαστή ή εμπορική ονομασία (π.χ. Airno 2 του οίκου Fisher & Paykel), αυτή γίνεται αποκλειστικά προς διευκόλυνση της περιγραφής του αντικειμένου.

Προσφορές ισοδυνάμων προϊόντων γίνονται δεκτές, σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν όλες τις απαιτήσεις των παρουσών προδιαγραφών.

Να κατατεθεί η Δήλωση Συμμόρφωσης (Declaration of Conformity) των προσφερόμενων ειδών, που να αποδεικνύει ότι τα είδη φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 (MDR).

Η συμβατότητα να αποδεικνύεται με την κατάθεση των προβλεπόμενων δηλώσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2017/745 (άρθρο 22 και συναφείς οδηγίες MDCG).

Η επιτροπή

Ραψομανίκης Αλέξανδρος

Θεοφύλακτου Ειρήνη

Καρδάμη Αλίκη

6η ΥΠΕ-ΓΠ. Ν. ΝΕΣΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ "ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ"
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣ
 ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ Ε. Π. Μ. Sc
 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Μ.Ε.Θ.

ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ