



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

6η ΥΠΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ "ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ"

ΚΛΙΝΙΚΗ/ΤΜΗΜΑ Μ.Ε.Θ

Δ4

201

ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ : 2026

Σειρά/Αριθμός : ./1214

Ημερομηνία : 02/04/2026

Επιθυμητή Ημ. :

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

A/A	Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΑΛΕ	M.M.	Ποσότητα	Υπόλοιπο	Τιμή Μονάδας	ΚΩΔΙΚΟΣ CPV
1	98757	ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	32302030001	TEM	10,0000	0,0000	330,00	33140000-3

Σχόλια : Το σύστημα να είναι πλήρες, καινούργιο, σύγχρονης οπωσδήποτε τεχνολογίας και να περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα που ζητούνται για τη λειτουργία του. Τα τεχνικά κλπ. χαρακτηριστικά που θα αναφερθούν απαραίτητα στην τεχνική περιγραφή και στο φύλλο συμμόρφωσης θα τεκμηριώνονται με αντίστοιχα prospectus, εγκρίσεις κλπ. στοιχεία για να αξιολογηθούν.

Na προσφερθούν σύμφωνα με τα ανωτέρω τα παρακάτω ζητούμενα:

A. Βρογχοσκόπιο μιας χρήσης με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: (TEMAXIA 10)

1. Na διαθέτει εξωτερική διάμετρο 5,3 χιλ. με το μέγιστο σημείο να είναι έως 5,8mm
2. Na διαθέτει κανάλι εργασίας 3mm
3. Na διαθέτει γωνία θέασης 120ο
4. Na διαθέτει βάθος πεδίου 5-50mm
5. Na διαθέτει γωνιώσεις (πάνω/κάτω) 210ο / 180ο
6. Na διαθέτει μήκος εργασίας 600mm
7. Το βρογχοσκόπιο να συνεργάζεται με το παρακάτω επεξεργαστή για να παρέχει ανάλυση εικόνας 1920 X 1080 Full HD

B. Επεξεργαστής με μόνιτορ ως παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

1. Na διαθέτει οθόνη 11,6" με ανάλυση εικόνας Full HD 1920x1080
2. Na διαθέτει φωτεινότητα 300 nit
3. Na παρέχει δυνατότητα εισαγωγής στοιχείων ασθενή
4. Na προσφέρει εσωτερική μνήμη 64G αποθηκευτικό χώρο για αποθήκευση φωτογραφιών και video για κάθε ασθενή
5. Na διαθέτει δυνατότητα μεταφοράς στοιχείων ασθενή (εικόνων και βίντεο) μέσω USB-Stick ή κατευθείαν σε Η/Υ μέσω λογισμικού του ίδιου οίκου
6. Na διαθέτει πάγωμα της εικόνας και ταυτόχρονη απεικόνιση της ζωντανής εικόνας
7. Na διαθέτει χρωμοενδοσκόπηση (i-scan) για ανίχνευση βλαβών
8. Na λειτουργεί με μπαταρία αλλά και συνδεδεμένο σε βάση φόρτισης
9. Η λειτουργία της μπαταρίας να είναι έως 3 ώρες
10. Na διαθέτει μικρό βάρος μικρότερο των 2 kg για εύκολη μεταφορά

ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Ο/Η αιτών/ούσα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Ε.Ο. Κέρκυρας-Παλαιοκαστρίτσας,Κοντόκαλι - Τ.Κ. 49083 - ΚΕΡΚΥΡΑ - ΤΗΛ. 2661360400 - EMAIL dilikou@gnkerkyras.gr)