

Κωδικός	Είδος υλικού	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Υπόλοιπο αποθήκης	Προϋπολογισμός Δαπάνης
	TEM 200 88 585.28 6 από 10 Κωδικός Είδος υλικού Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Υπόλοιπο αποθήκης Προϋπολογισμός Δαπάνης τοποθέτησης της αποχετευτικής εξόδου, για αποφυγή σταξίματος μετά το άδειασμα και να διατηρείται καθαρή, δ) ο σάκος να διαθέτει δυνατότητα στήριξης με ενσωματωμένο πλαστικό στήριγμα (άγκιστρο) ή ενισχυμένες οπές ώστε να επιτρέπουν την προσαρμογή ειδικής κρεμάστρας για σίγουρη και ασφαλή στήριξη. 6. φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού προϊόντος την προβλεπόμενη σήμανση CE, που αποδεικνύει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ. 7. συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 8669- 2:1996: urine collection bags: Part 2: ?Requirements and test methods?. 8. είναι αποστειρωμένες με διεργασία η οποία επικυρώνεται και ελέγχεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων εναρμονισμένων προτύπων. 9. είναι ελεύθερες πυρετογόνων ουσιών, τοξικών και πλαστικοποιητών (DEHP free). Να κατατεθεί δείγμα και αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης				