

Κωδικός	Είδος υλικού	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Υπόλοιπο αποθήκης	Προϋπολογισμός Δαπάνης
388888421 7	ΟΥΡΙΝΟΜΕΤΡΑ Σχόλια: Οι συσκευές να: 1. είναι χωρητικότητας 2000 ml και με ευκρινή διαβάθμιση ανά 100 ml στην μπροστινή διαφανή πλευρά. Η πίσω πλευρά να είναι αδιαφανής. 2. έχουν φίλτρο και ειδική βαλβίδα μη παλινδρόμησης του περιεχομένου του σάκου στην ουροδόχο κύστη. 3. έχουν εύκαμπτο σωλήνα που να μην τσακίζει, με μεγάλη εσωτερική διάμετρο (τουλάχιστον 7 mm) ώστε να διευκολύνει τη διέλευση των πηγμάτων και με μήκος τουλάχιστον 120 cm. 4. φέρουν στο σωλήνα ειδική υποδοχή δειγματοληψίας, με ενσωματωμένο ειδικό αντιβακτηριδιακό φίλτρο καθώς και ειδικό κλιπ διακοπής της ροής. Ο σωλήνας να διαθέτει κλιμακωτό ακροφύσιο, συμβατό με όλους τους τύπους καθετήρων και αποχετευτικών σωλήνων και να καταλήγει σε ρύγχος που να προστατεύεται με κάλυμμα. Επίσης ο σωλήνας να φέρει αεραγωγούς στον ογκομετρικό θάλαμο και στον ουροσυλλέκτη για την εξαγωγή του αέρα από το σύστημα, με υδρόφοβο φίλτρο κατακράτησης των βακτηριδίων για την αποφυγή μολύνσεων. 5. διαθέτουν σκληρό πλαστικό διαφανή συλλεκτικό θάλαμο, συνδεδεμένο με το σάκο. Η χωρητικότητα του να είναι 500 ml με ευκρινή διαβάθμιση ανά 5 ml έως τα 50 ml και ανά 25 ml έως τα 500ml. Επίσης: α) ο σάκος να φέρει στρόφιγγα εκκένωσης των ούρων καθώς και ορατό διαφανή εξωτερικό σταγονοθάλαμο, με ειδική (εσωτερική) βαλβίδα μη παλινδρόμησης, β) η αποχετευτική έξοδος του σάκου να είναι έκκεντρη, διαφανής, τύπου T, της οποίας η άκρη να είναι συμβατή με απλούς ουροσυλλέκτες. Η ειδική στρόφιγγα εκκένωσης του σάκου να είναι ασφαλής, κλειστή κατά την αποθήκευση και εύχρηστη, γ) ο σάκος να διαθέτει ειδική θέση	TEM	50	88	146.32